

Alkometer
for hjemmebruk

Test fakta
Bäst i test

AlcoTrx
FCA-40

Test fakta
Bäst i test

Dräger
4000

Test fakta
Verified

Dignita
AM-7000

Test fakta
Verified

I sober
pro

Test fakta
Verified

AlcoSense
Excel

ACE
AL7000

ACT2000
LY Sweden

Breath
Alcohol tester
KSD-07

alkoSure
F22

Sencor
SCA BA02

Lydsto
Xiaomi/
SKU96804

Inova Alcotest
MR806 ¹⁾

Leconsa
alcoholtester

Omtrentlig pris	kr	1 499	3 999	1 995	2 995	1 569	1 190	899	399	750	367	389	1 399	349
Årlig kalibreringskostnad	kr	500	499	499	350	499	550	449	–	–	–	–	–	–
Forbrukerkontakt		alcotrx.com	drager.se	dignita.se	alcotech.se	alcosense.se	ace-technik.com	Ly.se	–	helmer-europe.cz	sencor.com	–	inovasverige.se	thansen.se
Kjøpssted		Clas Ohlson	Clas Ohlson	Dignita	Alcotech	NetOnNet	Conrad	Ly.se	Elgiganten	Conrad	Cdon	24.se	Inova Sverige	Thansen

PRODUKTFAKTA														
Måleteknikk		Brenselcelle	Brenselcelle	Brenselcelle	Brenselcelle	Brenselcelle	Halvleder	Brenselcelle	Halvleder	Brenselcelle	Halvleder	Halvleder	Halvleder	Halvleder
Måleenhet		Promille	Promille	Promille	Promille	Promille	Promille	Promille	Procent	Promille	Procent	Procent	Procent	Gram/liter, procent
Kan kalibreres		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei ²⁾	Ja	Nei	Nei ²⁾	Nei	Nei	Nei	Nei
Anbefalt tid mellom kalibreringer		12 mån (1 000 blåse)	12 mån	12 mån	12 mån	12 mån	300 blåse ²⁾	12 mån	–	6–12 mån (300 blåse) ²⁾	–	–	–	–
Oppladbart batteri		Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Ja
Utskiftbare munnstykker		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja	Nei

NOEN UTVALGTE MÅLEVERDIER OG RESULTATER FRA TESTEN														
Måleverdier ved 0,20 ‰	‰	0,20–0,21	0,20–0,22	0,20–0,22	0,20–0,21	0,24–0,25	0,19–0,22	0,30–0,90	0,30–0,90	0,15–0,29	0,00–0,20	0,03–0,57	0,00–0,19	0,00–0,50
Volum lungekapasitet som kreves	liter	>1,5	>1,8	>1,7	>1,4	>1,5	<0,8	<0,8	<0,8	<0,7	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8
Tydelige instruksjoner på skjermen	1–10	8	7	6	8	10	6	8	8	4	4	8	8	7
Raskhet fra oppstart til ferdig resultat	1–10	8	10	10	10	10	4	8	8	7	4	8	8	8
Tydelig signal når blåsing er fullført	1–10	10	6	8	6	10	6	4	4	4	6	6	10	2

TESTRESULTAT KARAKTER 1 TIL 10, DER 10 ER BEST (VEKT I TOTALVURDERINGEN I PARENTES)														
Målepresisjon	(40%)	10,0	10,0	10,0	10,0	8,6	5,2	3,7	3,5	2,7	1,9	1,5	1,9	1,6
Måleegenskaper	(40%)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	2,0	2,0
Håndtering	(20%)	9,0	9,0	8,6	8,4	10,0	5,8	5,8	5,8	4,5	4,4	4,6	6,0	4,4

TOTALVURDERING		9,8	9,8	9,7	9,7	9,4	4,7	4,1	4,0	3,4	3,1	2,8	2,8	2,3
Kommentar		Best i test. Svært god målepresisjon og tydelig signal ved tilstrekkelig utånding. Ikke oppladbar.	Best i test. Rask med svært god målepresisjon. Tydelige instruksjoner. Oppladbar.	Rask med svært god målepresisjon. Noe uklare instruksjoner. Ikke oppladbar.	Rask med svært god målepresisjon. Noe uklar signal ved tilstrekkelig utånding. Ikke oppladbar og vanskelige batteribytter.	Enkel å bruke med tydelige instruksjoner og signaler, men viser bevisst høyere verdier enn reelt. Oppladbar.	Måler ikke på dyp lungeutånding. Mangler opplysninger om når neste kalibrering skal skje.	Dårlig målepresisjon. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Upålitelig. Risiko for promillekjøring.	Viser resultat i prosent og ikke promille. Viser tre ganger for høy verdi. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Upålitelig.	Dårlige måleresultater til tross for brenselcellemåling. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Upålitelig.	Viser resultat i prosent og ikke promille. Vanskelig å bruke. Mangler informasjon om kalibrering. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Upålitelig. Risiko for promillekjøring.	Viser resultat i prosent og ikke promille. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Upålitelig. Risiko for promillekjøring.	Viser resultat i prosent og ikke promille. Viser grønt selv ved grov promillekjøring. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Advarsel! Markedsføres aggressivt med oppdiktete forbrukertester.	Viste null i 60 % av målingene ved grensen for promillekjøring. Tar ikke prøven fra dyp lungeutånding. Upålitelig. Risiko for promillekjøring.